

Date d'édition : 10.05.2026



Ref : EWTSOCLA8

**CLA 8 Simulateur d'intubation, avec signal acoustique, haut du corps fixe sur support**

**avec modèle du larynx, mallette en aluminium de transport et de rangement**

En grandeur nature, en matières plastiques.

En coopération avec le Centre fédéral pour l'éducation à la santé (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) de Cologne, nous avons développé un simulateur médical permettant l'apprentissage de la méthode d'intubation dans des conditions correspondant aux conditions naturelles.

Lors de la construction de ce simulateur, nous nous sommes tout particulièrement attachés à conférer au modèle des proportions absolument réalistes, afin d'assurer son adaptation fonctionnelle.

En cas d'application erronée de la méthode d'intubation, c'est à dire en cas de pression trop élevée du laryngoscope sur les incisives supérieures, le simulateur émet un signal acoustique.

Une fois l'intubation effectuée, le positionnement correct du tube peut être contrôlé par auscultation des bruits respiratoires au moyen d'un stéthoscope appliqué sur le côté droit et gauche de la paroi thoracique.

Hauteur 25 cm, largeur 71 cm, profondeur 42 cm, poids 15,2 kg.


Composition du CLA 8:

1. Tête avec rachis dorsal, cavités nasales, buccales et pharynx, maxillaire avec dentition muni d'un capteur pour l'émission d'un signal, larynx, trachée avec poches poumon, montés de manière amovible.
2. Partie supérieure du corps avec paroi thoracique, membranes d'auscultation et générateur de signal acoustique montés sur une planche support.
3. Modèle de larynx sur pied pliable avec dispositif de sécurisation pour le transport.
4. Mallette de transport et de rangement (en aluminium).
5. Huile silicone, flacon pulvérisateur sous pression 250 ml
6. Tube d'intubation
7. Tourne-vis (petit et gros)
8. Mode d'emploi

## Catégories / Arborescence

Sciences > Médecine Infirmier Soins > Simulateurs gestes médicaux

Date d'édition : 10.05.2026



Date d'édition : 10.05.2026

## Options

**Ref : EWTSOCLA8901**

**CLA 8901 Larynx avec languette amovible (2 parties) et partie de la mâchoire inférieure.**

Peut être démonté en 5 parties.

**Ref : EWTSOCLA8901**

**CLA 8901 Larynx avec languette amovible (2 parties) et partie de la mâchoire inférieure.**


Peut être démonté en 5 parties.

## Produits alternatifs

**Ref : EWTSOCLA8/1**

**CLA 8/1 Simulateur d'intubation**

Modèle de base avec larynx, exécution comme CLA 8, mais sans mallette de transport/rangement.



En grandeur nature, en matières plastiques.

En coopération avec le Centre fédéral pour l'éducation à la santé (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) de Cologne, nous avons développé un simulateur médical permettant l'apprentissage de la méthode d'intubation dans des conditions correspondant aux conditions naturelles.

Lors de la construction de ce simulateur, nous nous sommes tout particulièrement attachés à conférer au modèle des proportions absolument réalistes, afin d'assurer son adaptation fonctionnelle.

En cas d'application erronée de la méthode d'intubation, c'est à dire en cas de pression trop élevée du laryngoscope sur les incisives supérieures, le simulateur émet un signal acoustique.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.



Date d'édition : 10.05.2026

Une fois l'intubation effectuée, le positionnement correct du tube peut être contrôlé par auscultation des bruits respiratoires au moyen d'un stéthoscope appliqué sur le côté droit et gauche de la paroi thoracique.

Hauteur 25 cm, largeur 71 cm, profondeur 42 cm, poids 15,2 kg.

Composition du CLA 8:

1. Tête avec rachis dorsal, cavités nasales, buccales et pharynx, maxillaire avec dentition muni d'un capteur pour l'émission d'un signal, larynx, trachée avec poches poumon, montés de manière amovible.
2. Partie supérieure du corps avec paroi thoracique, membranes d'auscultation et générateur de signal acoustique montés sur une planche support.
3. Modèle de larynx sur pied pliable avec dispositif de sécurisation pour le transport.
5. Huile silicone, flacon pulvérisateur sous pression 250 ml
6. Tube d'intubation
7. Tourne-vis (petit et gros)
8. Mode d'emploi

**Ref : EWTSOCLA1+8**

**CLA 1+8 Mannequin pour aides-soignants/infirmiers (Modèle standard) / SUR DEMANDE**  
grandeur nature, identique au CLA 1 mais avec la tête du CLA 8 (Simulateur d'intubation)

**Ref : EWTSOCLA8/4**

**CLA 8/4 Simulateur d'intubation**

Modèle de base sans larynx, exécution comme CLA 8, mais sans mallette de transport/rangement.